

Mascherina chirurgica Classe I

Tipo II secondo norma UNI EN14683:2019



Codice	Descrizione
SW0003	Mascherina chirurgica di classe I Tipo II secondo norma UNI EN14683:2019

Indicazioni	
Importatore/distributore	BSC SPA
CND	T020601
GMDN	47178
Conformità	Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo la Direttiva CEE 93/42 & 2007/47 – Classe I - Tipo II secondo norma UNI EN14683:2019

Indicazioni

La maschera chirurgica SW0003 è indicata per la protezione delle vie respiratorie.

Descrizione

La maschera chirurgica SW0003 è monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante.

Glhie elastici permettono una facile applicazione e un sicuro smaltimento per la rimozione della maschera senza dover toccare la superficie con le mani. Resiste al passaggio di liquidi e impurità.

Composizione del prodotto:

- strato esterno: tessuto non tessuto spunbonded in polipropilene
- strato esterno a contatto con l'utilizzatore: tessuto non tessuto spunbonded in polipropilene
- strato intermedio: meltblown polipropilene ad elevato potere filtrante.

La maschera chirurgica SW0003 ha efficienza di filtrazione batterica 98,90 % (> 98%) ed è classificata come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2019.

Elastici in materiale siliconico latex free

Confezionamento

Codice	Dimensioni maschera piegata (mm)	Dimensioni maschera svolta (mm)	Dimensioni lacci (mm)	Scatola (n° pezzi)
SW0003	175 ± 5 x 95 ± 5	175 ± 5 x 140 ± 5	360 ± 20	50

Sterilità

La maschera chirurgica SW0003 non è un prodotto sterile.

Confezionamento /Etichettatura

Le maschere chirurgiche SW0003 sono confezionate in polybag da 50 pz e in scatole di cartone.

Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati.

L'etichettatura della confezione di vendita adempie ai requisiti essenziali del D. Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale. Made in P.R.C.

Controindicazioni e avvertenze

Una volta indossata e utilizzata, la maschera chirurgica SW0003 non può essere riutilizzata.

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc..

Il periodo di validità è di 3 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria. Se esposto in vendita, durata massima 12 mesi dall'esposizione.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari. In caso di incenerimento non viene prodotta alcuna sostanza tossica: si liberano, infatti, principalmente, anidride carbonica e acqua.

Conformità a norme tecniche di prodotto

Le maschere chirurgiche SW0003 sono conformi a:

- UNI EN 14683:2019 "Maschere chirurgiche Requisiti e metodi di prova" (tipo II).